

Δυνατότητα
«Ιστορικό κολπικής μαρμαρυγής»:
Οδηγίες χρήσης

APN: 099-31365-K

ECO: 0045486581

Σελίδα 1 από 9

ΕΛΛΗΝΙΚΑ (EL)

Δυνατότητα «Ιστορικό κολπικής μαρμαρυγής»

Οδηγίες χρήσης

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η δυνατότητα «Ιστορικό κΜ» είναι μια μη συνταγογραφούμενη («OTC») ιατρική εφαρμογή για φορητές συσκευές, που προορίζεται για χρήστες ηλικίας 22 ετών και άνω οι οποίοι έχουν διαγνωστεί με κολπική μαρμαρυγή. Η δυνατότητα «Ιστορικό κΜ» αναλύει περιστασιακά δεδομένα καρδιακών παλμών για εντοπισμό επεισοδίων ακανόνιστων καρδιακών παλμών που υποδεικνύουν κολπική μαρμαρυγή, και παρέχει στον χρήστη μια αναδρομική εκτίμηση του φορτίου κΜ (μια μέτρηση του χρόνου παραμονής σε κατάσταση κολπικής μαρμαρυγής κατά τη διάρκεια παλαιότερων περιόδων χρήσης του Apple Watch).

Η δυνατότητα «Ιστορικό κΜ» παρακολουθεί και εντοπίζει τάσεις του εκτιμώμενου φορτίου κΜ με την πάροδο του χρόνου και περιλαμβάνει απεικονίσεις δεδομένων τρόπου ζωής ώστε οι χρήστες να μπορούν να κατανοούν την επίδραση ορισμένων πτυχών του τρόπου ζωής τους στην κΜ. Δεν προορίζεται για την παροχή μεμονωμένων γνωστοποιήσεων ακανόνιστου ρυθμού ή για την αντικατάσταση παραδοσιακών μεθόδων διάγνωσης, θεραπείας ή ελέγχου της κΜ.

Η δυνατότητα «Ιστορικό κΜ» προορίζεται για χρήση με συμβατά Apple Watch και την εφαρμογή «Υγεία» στο iPhone.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΣΚΟΠΟΣ (ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ)

Η δυνατότητα «Ιστορικό κΜ» είναι μια μη συνταγογραφούμενη («OTC») ιατρική εφαρμογή για φορητές συσκευές, που προορίζεται για χρήστες ηλικίας 22 ετών και άνω οι οποίοι έχουν διαγνωστεί με κολπική μαρμαρυγή (κΜ). Η δυνατότητα αναλύει περιστασιακά δεδομένα καρδιακών παλμών για εντοπισμό επεισοδίων ακανόνιστων καρδιακών παλμών που υποδεικνύουν κολπική μαρμαρυγή, και παρέχει στον χρήστη μια αναδρομική εκτίμηση του φορτίου κΜ (μια μέτρηση του χρόνου παραμονής σε κατάσταση κολπικής μαρμαρυγής κατά τη διάρκεια παλαιότερων περιόδων χρήσης του Apple Watch).

Η δυνατότητα παρακολουθεί επίσης και εντοπίζει τάσεις του εκτιμώμενου φορτίου κΜ με την πάροδο του χρόνου και περιλαμβάνει απεικονίσεις δεδομένων τρόπου ζωής ώστε οι χρήστες να μπορούν να κατανοούν την επίδραση ορισμένων πτυχών του τρόπου ζωής τους στην κΜ. Δεν προορίζεται για την παροχή μεμονωμένων γνωστοποιήσεων ακανόνιστου ρυθμού ή για την αντικατάσταση παραδοσιακών μεθόδων διάγνωσης, θεραπείας ή ελέγχου της κΜ.

Η δυνατότητα προορίζεται για χρήση με το Apple Watch και την εφαρμογή «Υγεία» στο iPhone.

Πληθυσμός-στόχος και προβλεπόμενοι χρήστες

Η δυνατότητα «Ιστορικό κΜ» προορίζεται για χρήστες ηλικίας 22 ετών και άνω. Η δυνατότητα προορίζεται επίσης για χρήστες στους οποίους έχει διαγνωστεί κολπική μαρμαρυγή. Οι χρήστες που ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα σχετικά με την καρδιαγγειακή τους υγεία μπορούν να επιλέξουν να ενεργοποιήσουν τη δυνατότητα μετά την επιτυχή ολοκλήρωση μιας διαδικασίας κατατόπισης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΜ»

Η δυνατότητα «Ιστορικό κΜ» μετρά τη συχνότητα των ακανόνιστων καρδιακών παλμών για να παρέχει μια εκτίμηση για το φορτίο κολπικής μαρμαρυγής. Το φορτίο κΜ μπορεί να οριστεί ως το ποσοστό του χρόνου κατά τον οποίο η καρδιά ενός ατόμου βρίσκεται σε κατάσταση κολπικής μαρμαρυγής κατά τη διάρκεια μιας καθορισμένης χρονικής περιόδου παρακολούθησης. Η δυνατότητα «Ιστορικό κΜ» στο Apple Watch σας επιτρέπει να παρακολουθείτε και να αξιολογείτε τον τρόπο με τον οποίο ο τρόπος ζωής σας επηρεάζει το φορτίο κΜ σας.

Η γνώση σχετικά με το φορτίο κΜ είναι σημαντική, διότι μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τη σχέση μεταξύ του φορτίου κΜ και του τρόπου ζωής. Κάποιες μελέτες έχουν δείξει ότι ένας υγιεινός τρόπος ζωής μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μείωση του φορτίου κΜ με την πάροδο του χρόνου. Η διατήρηση ενός υγιούς βάρους, η μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ και ο καλύτερος ύπνος μπορεί να έχουν θετικό αντίκτυπο στη διαχείριση της κΜ.

Η δυνατότητα «Ιστορικό κΜ» χρησιμοποιεί δεδομένα ρυθμού καρδιακών παλμών (PPG) από συμβατά Apple Watch. Το Apple Watch χρησιμοποιεί πράσινες φωτεινές ενδείξεις LED σε συνδυασμό με φωτοευαίσθητες φωτοδιόδους για να εντοπίζει σχετικές αλλαγές στην ποσότητα του αίματος που ρέει στον καρπό ενός χρήστη ανά πάσα στιγμή. Όταν η καρδιά πάλλεται, στέλνει ένα κύμα πίεσης προς τα κάτω στα αγγεία, προκαλώντας στιγμιαία αύξηση του όγκου αίματος όταν περνά από τον αισθητήρα. Παρακολουθώντας αυτές τις αλλαγές στη ροή του αίματος, ο αισθητήρας ανιχνεύει μεμονωμένους παλμούς όταν φτάνουν στην περιφέρεια και, με αυτόν τον τρόπο, μετρά διαστήματα μεταξύ παλμών. Σε ορισμένα τμήματα της διεπαφής χρήστη, ο όρος «καρδιακός ρυθμός» χρησιμοποιείται εναλλάξιμα με τον όρο «καρδιακός παλμός».

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ «ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΜ»

Διαμόρφωση και κατατόπιση

- Η δυνατότητα «Ιστορικό κΜ» είναι συμβατή με Apple Watch Series 4, iPhone 8 ή μεταγενέστερα μοντέλα. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα ανά

περιοχή και πρόσθετες πληροφορίες συμβατότητας συσκευών, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://support.apple.com/HT212214>.

- Ενημερώστε το Apple Watch και το iPhone στις πιο πρόσφατες εκδόσεις watchOS και iOS.
- Ανοίξτε την εφαρμογή «Υγεία» στο iPhone και επιλέξτε «Περιήγηση».
- Μεταβείτε στην «Καρδιά» και επιλέξτε «Ιστορικό κΜ».
- Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
- Για έξοδο από την κατατόπιση ανά πάσα στιγμή, αγγίξτε «Ακύρωση».

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ «ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΜ»

- Μόλις ενεργοποιηθεί η δυνατότητα «Ιστορικό κΜ», θα αρχίσει να συλλέγει δεδομένα καρδιακών παλμών για να παραγάγει μια εκτίμηση του φορτίου κΜ. Οι εκτιμήσεις φορτίου κΜ εμφανίζονται ως ποσοστό στις γνωστοποιήσεις και στην εφαρμογή «Υγεία», και αντιπροσωπεύουν τον χρόνο κατά τον οποίο η καρδιά σας παλλόταν σε κατάσταση κολπικής μαρμαρυγής σε σχέση με τον χρόνο που φορούσατε το Watch κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας (7 ημέρες). Ένα χαμηλότερο ποσοστό σημαίνει ότι η καρδιά σας βρισκόταν σε κΜ λιγότερο συχνά, ενώ ένα υψηλότερο ποσοστό σημαίνει ότι βρισκόταν σε κΜ συχνότερα. Το Ιστορικό κΜ μετρά μόνο την κολπική μαρμαρυγή και δεν μετρά άλλες κολπικές αρρυθμίες, όπως κολπικό πτερυγισμό ή κολπική ταχυκαρδία.
- Η δυνατότητα «Ιστορικό κΜ» επιχειρεί να παράγει μια εκτίμηση φορτίου κάθε 7 ημέρες. Οι εκτιμήσεις φορτίου κΜ δημοσιεύονται στην εφαρμογή «Υγεία» στο «Ιστορικό κΜ». Καθώς περνάει ο χρόνος, μπορείτε να παρακολουθείτε και να διαπιστώνετε τάσεις στο φορτίο κΜ προβάλλοντας τα δεδομένα σας σε διάφορες χρονικές κλίμακες.
- Αν συλλεχθούν ανεπαρκή δεδομένα κατά τις τελευταίες 7 ημέρες, η δυνατότητα «Ιστορικό κΜ» δεν θα παρέχει εκτίμηση φορτίου κΜ. Αντ' αυτού, θα λάβετε μια γνωστοποίηση που υποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν δεδομένα για τη συγκεκριμένη εβδομάδα.
- Η δυνατότητα «Ιστορικό κΜ» ενσωματώνει δεδομένα τρόπου ζωής που συλλέγονται από το Apple Watch ή αποθηκεύονται στο HealthKit, όπως η κατανάλωση αλκοόλ, ο ύπνος και άλλα. Μπορείτε να προβάλλετε δεδομένα τρόπου ζωής μαζί με δεδομένα φορτίου κΜ για να κατανοήσετε τον αντίκτυπο του τρόπου ζωής σας στην κΜ σας. Για να μάθετε περισσότερα για τη σχέση

ανάμεσα στην κΜ και τις επιλογές τρόπου ζωής σας, αγγίξτε το εικονίδιο πληροφοριών δίπλα σε κάθε τύπο δεδομένων παράγοντα τρόπου ζωής.

- Μετά τη χρήση της δυνατότητας «Ιστορικό κΜ» για 6 εβδομάδες, η δυνατότητα θα προσπαθήσει να δημιουργήσει επισημάνσεις Ιστορικού κΜ. Οι επισημάνσεις Ιστορικού κΜ εμφανίζουν το ποσοστό του χρόνου που δαπανήθηκε σε κΜ τις ημέρες της εβδομάδας κατά τις τελευταίες 6 εβδομάδες (Δευτέρες, Τρίτες, Τετάρτες κ.λπ.) και τα 4ωρα τμήματα της ημέρας κατά τις τελευταίες 6 εβδομάδες (12πμ-4πμ, 4πμ-8πμ, 8πμ-12μμ, κ.λπ.). Οι επισημάνσεις μπορούν να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε καλύτερα πιο συγκεκριμένα μοτίβα που σχετίζονται με την κΜ σας.

Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται και αναλύονται από τη δυνατότητα «Ιστορικό κΜ» αποθηκεύονται στην εφαρμογή «Υγεία» στο iPhone σας. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την κοινή χρήση αυτών των πληροφοριών μέσω της εξαγωγής των ιατρικών δεδομένων σας στην εφαρμογή «Υγεία».

Αν ο χώρος αποθήκευσης του Apple Watch είναι πλήρης, δεν είναι δυνατή η συλλογή νέων δεδομένων. Μπορείτε να ελευθερώσετε χώρο διαγράφοντας ανεπιθύμητες εφαρμογές, τραγούδια ή podcast. Για να δείτε τον χώρο αποθήκευσης, μεταβείτε στην εφαρμογή Apple Watch στο iPhone αγγίξτε «Ρολόι μου» > «Γενικά» > «Χώρος αποθήκευσης».

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ

Η απόδοση της δυνατότητας «Ιστορικό κΜ» ελέγχθηκε εκτενώς σε μια κλινική μελέτη 413 συμμετεχόντων ηλικίας 22 ετών και άνω, οι οποίοι είχαν διαγνωστεί με διάφορες μορφές κΜ (παροξυσμικές και μόνιμες). Οι εγγεγραμμένοι συμμετέχοντες φορούσαν ένα Apple Watch και ένα επίθεμα ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ΗΚΓ) αναφοράς παράλληλα για έως 13 ημέρες. Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της μελέτης συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Δημογραφικά στοιχεία συμμετεχόντων στην κλινική μελέτη
Ιστορικού κΜ

	N=413
Ηλικιακή ομάδα	
<55	59 (14,3%)
>=55 έως <65	99 (24,0%)
>=65	255 (61,7%)
Φύλο	
Άντρας	219 (53,0%)
Γυναίκα	194 (47,0%)
Εθνικότητα	
Ισπανός/ή ή Λατίνος/α	19 (4,6%)
Μη Ισπανός/ή ή Λατίνος/α	394 (95,4%)
Φυλή	
Λευκός/ή	371 (89,8%)
Μαύρος/η ή Αφροαμερικανός/ή	31 (7,5%)
Άλλο	11 (2,7%)

Ο στόχος της μελέτης ήταν η αξιολόγηση της ακρίβειας της εβδομαδιαίας εκτίμησης φορτίου κΜ η οποία παράγεται από τη δυνατότητα σε σύγκριση με μια εβδομαδιαία μέτρηση αναφοράς φορτίου κΜ. Για τον σκοπό αυτόν, η Apple χρησιμοποίησε την προσέγγιση ορίων συμφωνίας Bland-Altman (LoA). Η προσέγγιση LoA είναι ένας τρόπος αξιολόγησης της ακρίβειας της συμφωνίας μεταξύ δύο μεθόδων μέτρησης.

Από τα 413 άτομα που συμμετείχαν, τα 280 συνεισέφεραν δεδομένα στην ανάλυση κύριου τελικού σημείου για να καθοριστεί αν το επίπεδο συμφωνίας ανάμεσα στο φορτίο αναφοράς κΜ του ΗΚΓ και στην εκτίμηση φορτίου κΜ της δυνατότητας ήταν αποδεκτό. Με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης, τα κατώτερα και ανώτερα όρια

Bland-Altman (δηλαδή δύο τυπικές αποκλίσεις από τη μέση διαφορά) ήταν -11,4% και 12,8%, αντίστοιχα.

Η μέση διαφορά μεταξύ της εβδομαδιαίας εκτίμησης φορτίου της δυνατότητας και του εβδομαδιαίου φορτίου αναφοράς ήταν 0,67%. Για το 92,9% (260/280) των συμμετεχόντων, εντοπίστηκαν παρόμοιες διαφορές εβδομαδιαίου φορτίου κΜ εντός του εύρους $\pm 5\%$, ενώ για το 95,7% (268/280) των συμμετεχόντων, οι εβδομαδιαίες εκτιμήσεις φορτίου κΜ ήταν εντός του εύρους $\pm 10\%$.

Η δυνατότητα «Ιστορικό κΜ» και η δυνατότητα «Γνωστοποιήσεις ακανόνιστου ρυθμού» (ΔΓΑΡ 2.0) χρησιμοποιούν τον ίδιο αλγόριθμο ταξινόμησης που αξιοποιεί τεχνικές μηχανικής μάθησης για να διαφοροποιεί τους ρυθμούς κΜ από τους ρυθμούς που δεν σχετίζονται με κΜ. Για να υποστηρίζεται η χρήση της δυνατότητας «Ιστορικό κΜ» από τον υποδεικνυόμενο πληθυσμό, δηλαδή άτομα με διάγνωση κΜ, ο αλγόριθμος προσαρμόστηκε ώστε να δίνει προτεραιότητα στην ευαισθησία. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η απόδοση του αλγόριθμου ταξινόμησης για τη ΔΓΑΡ 2.0 και τη δυνατότητα «Ιστορικό κΜ» στην κλινική μελέτη επικύρωσης.

Απόδοση κλινικής μελέτης επικύρωσης		
	Ευαισθησία	Ακρίβεια
Δυνατότητα «Ιστορικό κΜ»	92,6%	98,8%
ΔΓΑΡ 2.0	85,5%	99,6%

Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η δυνατότητα «Ιστορικό κΜ» είναι αποτελεσματική στην παραγωγή ακριβών εκτιμήσεων φορτίου κΜ. Κατά τη διάρκεια της μελέτης, αναφέρθηκαν 8 σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα. Κανένα από τα συμβάντα δεν διαπιστώθηκε να σχετίζεται με διαδικασίες της μελέτης ή με τη δυνατότητα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Η δυνατότητα «Ιστορικό κΜ» δεν μπορεί να ανιχνεύσει καρδιακή προσβολή. Αν αισθανθείτε πόνο, πίεση ή σφίξιμο στο στήθος οποιαδήποτε στιγμή ή πιστεύετε ότι παθαίνετε καρδιακή προσβολή, καλέστε τις Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Η δυνατότητα «Ιστορικό κΜ» δεν προορίζεται για χρήση ως βοήθημα στην ιατρική αντιμετώπιση της κΜ (δηλαδή δεν προορίζεται ως βοήθημα για την αλλαγή της φαρμακευτικής αγωγής σας ή ως βοήθημα για τον ιατρό σας για να προσαρμόσει τη θεραπεία σας). Ο σκοπός της δυνατότητας «Ιστορικό κΜ» είναι να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τη σχέση ανάμεσα στο φορτίο κΜ και τον τρόπο ζωής σας με την πάροδο του χρόνου. Μην αλλάζετε τη φαρμακευτική αγωγή σας ή το πρόγραμμα αντιμετώπισης της κΜ χωρίς πρώτα να συμβουλευτείτε τον ιατρό σας.

Η δυνατότητα «Ιστορικό κΜ» δεν ελέγχει συνεχώς για παρουσία κΜ και δεν πρέπει να βασίζεστε σε αυτή για συνεχή παρακολούθηση. Αυτό σημαίνει ότι η δυνατότητα δεν μπορεί να ανιχνεύσει όλες τις περιπτώσεις κΜ και ενδέχεται να μην παράγει πάντα εκτιμήσεις φορτίου κΜ. Αν παρουσιαστούν αλλαγές στην υγεία σας, ενημερώστε τον ιατρό σας.

Η δυνατότητα «Ιστορικό κΜ» δεν έχει σχεδιαστεί για την ανίχνευση κολλικών αρρυθμιών που παράγουν κανονικά μοτίβα. Η κολλική μαρμαρυγή είναι ακανόνιστη, αλλά αν έχετε ιστορικό σημαντικών κολλικών αρρυθμιών κανονικού μοτίβου, όπως κολλικός πτερυγισμός ή κολλική ταχυκαρδία, αυτή η δυνατότητα ενδέχεται να μην είναι κατάλληλη για εσάς.

Η Apple ανέπτυξε τη δυνατότητα «Ιστορικό κΜ» έτσι ώστε να διατηρεί υψηλή ευαισθησία σε ακανόνιστους ρυθμούς. Ως εκ τούτου, είναι πιθανό οι χρήστες με ιστορικό ακανόνιστων καρδιακών ρυθμών που δεν σχετίζονται με κΜ να έχουν υψηλότερη εκτίμηση φορτίου κΜ από την αναμενόμενη.

Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η συλλογή δεδομένων στο Apple Watch όταν αυτό βρίσκεται κοντά σε ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία (π.χ. ηλεκτρομαγνητικά αντικλεπτικά συστήματα, ανιχνευτές μετάλλων).

Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που επηρεάζουν τη δυνατότητα μέτρησης των παλμών σας και συλλογής δεδομένων για την παραγωγή εκτιμήσεων φορτίου κΜ. Αυτοί οι παράγοντες περιλαμβάνουν τη σωματική κίνηση, κινήσεις του χεριού ή των δακτύλων, περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως η θερμοκρασία περιβάλλοντος, σκούρα τατουάζ στον καρπό και τον όγκο ροής αίματος στο δέρμα σας (ο οποίος μπορεί να μειωθεί σε χαμηλές θερμοκρασίες).

ΜΗ φοράτε το Apple Watch κατά τη διάρκεια ιατρικών επεμβάσεων (π.χ. μαγνητική τομογραφία, διαθερμία, λιθοτριψία, καυτηριασμός και εξωτερική απινίδωση).

Δεν προορίζεται για χρήση από άτομα ηλικίας κάτω των 22 ετών.

Για βέλτιστα αποτελέσματα, να φορτίζετε τακτικά το Apple Watch και βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζει καλά στην πάνω πλευρά του καρπού σας. Ο αισθητήρας καρδιακών παλμών πρέπει να βρίσκεται κοντά στο δέρμα σας.

Αυτή είναι μια ειδοποίηση προς τον χρήστη και/ή τον ασθενή ότι κάθε σοβαρό περιστατικό που έχει συμβεί σε σχέση με τη συσκευή θα πρέπει να αναφερθεί στον κατασκευαστή και την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου κατοικεί ο χρήστης και/ή ο ασθενής.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Η Apple σας συνιστά να προσθέσετε έναν κωδικό (PIN ή αλλιώς προσωπικός αριθμός ταυτοποίησης), Face ID ή Touch ID (δακτυλικό αποτύπωμα) στις συμβατές συσκευές iOS σας και έναν κωδικό (PIN ή αλλιώς προσωπικός αριθμός

ταυτοποίησης) στο Apple Watch σας ώστε να υπάρχει ένα πρόσθετο επίπεδο ασφάλειας. Είναι σημαντικό να προστατεύσετε το iPhone καθώς θα φυλάσσονται σε αυτό προσωπικές πληροφορίες υγείας. Οι χρήστες θα λαμβάνουν επίσης πρόσθετες γνωστοποιήσεις ενημερώσεων iOS και watchOS στα iPhone και Apple Watch τους, και οι ενημερώσεις θα παρέχονται ασύρματα για υποστήριξη της ταχείας υιοθέτησης των πιο πρόσφατων επιδιορθώσεων ασφαλείας. Ανατρέξτε στον Οδηγό ασφαλείας iOS και watchOS, όπου περιγράφονται οι πρακτικές ασφαλείας της Apple και είναι διαθέσιμος για όλους τους χρήστες. Για τον Οδηγό ασφαλείας iOS και watchOS, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://support.apple.com/el-gr/guide/security/welcome/web>.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Κατασκευαστής



Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης



Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην ΕΕ



Ιατρική συσκευή

099-31365, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Κ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2023