

تعليمات الاستخدام: تتبع الدورات

تتبع الدورات: العربية (AR-SA)

تنطبق تعليمات الاستخدام هذه فقط على المناطق التالية: الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية، سويسرا، المملكة المتحدة، جمهورية كوريا.

تتبع الدورة

تعليمات الاستخدام



Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014

www.apple.com

EC REP

Apple Distribution International
Hollyhill Industrial Estate,
Hollyhill, Cork,
Ireland

التواصل: medicalcompliance@group.apple.com
CE

معلومات خاصة بسويسرا:

:CH-REP

QUNIQUE GmbH
Bahnhofweg 17
5610 Wohlen
Switzerland

معلومات خاصة بمولدوفا:

رقم التسجيل: DM000322299، DM000322300
الممثل المعتمد:

.JERELO S.R.L

.MD-2024, str. Pietrăriei, nr 19A, of. 3
mun. Chişinău, Republica Moldova

+37378538295

معلومات خاصة بأوكرانيا:

رقم التسجيل: DM000322299، DM000322300

ТОВ «ДЖЕРЕЛО-УКРАЇНА»

01033, Україна, м. Київ, вулиця Шота Руставелі 33-Б, офіс 27
e-mail: uarep@jereleu.eu



معلومات خاصة بجمهورية كوريا:

.본 앱은 "의료기기" 임

수입업자: 이머고코리아 (유)

서울특별시 강남구 테헤란로 152 강남파이낸스센터 26층 (06236

제조원: Apple Inc.

(본사) One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA

(공장) 20450 Stevens Creek Blvd., Cupertino, CA 95014, USA

허가번호: 보류중

명칭 (제품명, 품목명, 모델명): '생리 주기 추적' (Cycle Tracking)

소프트웨어 버전: 4.X

출시연월: 2022년 12월

포장단위: 1ea

: 사용목적

본 '생리 주기 추적' 소프트웨어는 여성의 생리 및 가임기간, 후향적 배란일에 대한 추정정보를 제공하여, 여성 스스로 생리 등 일상적인 건강관리에 사용됩니다. 참고로, 동 소프트웨어는 의료 또는 피임 등의 목적으로 사용될 수 없습니다

:사용 시 주의사항

.생리 주기 추적'은 의료 또는 피임을 목적으로 사용할 수 없습니다'

دواعي الاستعمال/الاستخدام المستهدف (مناطق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي)

تتبع الدورة هو تطبيق برمجي فقط يهدف إلى تتبع صحة الدورة الشهرية وتوقعها، بما في ذلك الإباضة، وذلك لإعلام المستخدمين بصحة الدورة الشهرية وتسهيل الحمل (لا يستخدم لمنع الحمل). ويحلل تطبيق تتبع الدورة إدخالات المستخدمة، بما في ذلك مدة الدورة المعتادة ومدة الحيض المعتادة ومستوى تدفق الحيض ونتائج اختبارات الإباضة، إلى جانب بيانات مجمعة لمعدل نبض القلب أثناء السكون ودرجة حرارة المعصم.

موانع الاستعمال

لا يستخدم تطبيق تتبع الدورة كوسيلة لمنع الحمل.

استخدام تتبع الدورة

الإعداد/التجهيز

• للتحقق من المناطق التي يتوفر فيها تطبيق تتبع الدورة ومن توافق الأجهزة معه، الرجاء زيارة: <https://support.apple.com/ar-ae/HT210407>

• قم بتحديث Apple Watch و iPhone إلى أحدث إصدار من نظام التشغيل.

• على iPhone، افتحي تطبيق صحتي واضغطي على علامة تبويب "تصفح".

• انتقلي إلى "تتبع الدورة".

• اضغطي على "البدء" واتبعي التعليمات التي تظهر على الشاشة.

• يمكنك الخروج من مرحلة التجهيز في أي وقت بالضغط على "إلغاء".

• بمجرد اكتمال التجهيز، يمكنك البدء في تتبع دورتك.

كيفية تتبع الدورة

- على iPhone، افتحي تطبيق صحتي واضغطي على علامة تبويب "تصفح".
- اضغطي على تتبع الدورة.
- حرّكي إلى التاريخ الصحيح، ثم اضغطي على الشكل البيضاوي لتسجيل حيضتك.
- لإضافة المزيد من المعلومات، مرري لأسفل واضغطي على أي فئة، أجري أي تغيير، ثم اضغطي على تم. يمكنك تتبع الأعراض والتبقيع المهبطي ودرجة حرارة الجسم الأساسية والمزيد.
- لتتبع الدورة من Apple Watch، افتحي تتبع الدورة، حرّكي إلى التاريخ الصحيح، ثم اضغطي على الشكل البيضاوي لتسجيل حيضتك.

كيفية التحقق من تاريخ حيضتك القادمة والماضية

- على iPhone، افتحي تطبيق صحتي واضغطي على علامة تبويب "تصفح".
- اضغطي على تتبع الدورة.
- مرري إلى "التمييزات" لعرض الموعد المتوقع لبداية حيضتك القادمة. وإذا لم يظهر لك التقدير، فاضغطي على "إظهار الكل" بجوار "التمييزات".
- مرري إلى الملخص لعرض تاريخ بداية حيضتك الماضية ومدة دورتك المعتادة.
- للتحقق من التواريخ من Apple Watch، افتحي تتبع الدورة، ثم مرري لأسفل إلى توقع الحيض أو آخر دورة حيض.

كيفية تعيين الإشعارات لتتبع الحيض وتتبع الخصوبة

- على iPhone، افتحي تطبيق صحتي واضغطي على علامة تبويب "تصفح".
- اضغطي على تتبع الدورة.
- مرري إلى أسفل واضغطي على الخيارات.
- حددي توقعات الحيض وإشعارات الحيض. يمكن أن تخبرك هذه الإشعارات عندما توشك حيضتك أن تبدأ وتساءل عما إذا كانت حيضتك قد انتهت.
- حددي "اكتشاف انحراف الدورة الشهرية". يمكن أن تخبرك هذه الإشعارات إذا كان نمط دورتك الشهرية غير منتظم إكلينيكيًا.
- حددي تقديرات فترة الخصوبة وإشعارات الخصوبة. يمكن أن تخبرك هذه الإشعارات بالموعد المحتمل لبداية فترة الخصوبة لديك أو بأن هذه الفترة قد تم تحديثها بناءً على معلومات جديدة، بالإضافة إلى تقديم تقدير بأثر رجعي لوقت التبويض.
- يمكن أن تبدأ توقعات الحيض بعد إدخال معلومات حيضتين على الأقل في تطبيق تتبع الدورة، وتستند إلى البيانات المسجلة. وإذا سجلتي حيضة قبل الموعد المتوقع لبدايتها، فلن تحصلي على إشعار بأن دورتك الشهرية على وشك أن تبدأ خلال هذه الدورة. تظهر الإشعارات على iPhone و Apple Watch.

كيفية حذف تتبع الدورة على Apple Watch

- يمكنك إزالة تطبيق تتبع الدورة من الشاشة الرئيسية له Apple Watch مباشرةً:
- على Apple Watch، انتقل إلى الشاشة الرئيسية.
- إذا كنت في عرض المربعات، فالمسي مطولاً تطبيق تتبع الدورة حتى يهتز.
- اضغطي على التطبيق، ثم اضغطي على أيقونة "X".

- إذا كنت في عرض القائمة، فاسحب إلى اليمين على تطبيق تتبع الدورة واضغطي على أيقونة سلة المهملات.
- اضغطي على حذف.
- اضغطي على Digital Crown للإلغاء.

الأمان والأداء

تم اختبار أداء تتبع الدورة في تحليلات محددة مسبقاً مدعومة إحصائياً لتوقع بدء الفترة القادمة (العدد = ١٢٣٨ دورة من ٢٦٠ مستخدمة) وتقدير يوم التبويض (العدد = ٩٣٤ دورة من ٢٢٦ مستخدمة). تظهر نتائج التحليل أن ميزة تتبع الدورة تفي بنقاط النهاية الإكلينيكية المحددة مسبقاً. وتقع توقعات بداية الدورة الشهرية ضمن حدود تكافؤ ± 3 أيام من بداية الدورة الفعلية. بالإضافة إلى ذلك، فإن تقديرات يوم التبويض تقع في حدود تكافؤ ± 4 يومين من يوم التبويض والتي تم تحديدها من خلال اختبار التبويض المرجعي لهرمون اللوتين (LH).

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا كنت تواجهين صعوبات في تشغيل تتبع الدورة، فراجعِي دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها أدناه. يعتمد الوصول إلى وظائف معينة داخل هذا التطبيق على التوافر الإقليمي وتوافق الأجهزة.

المشكلة: المستخدمة لا تتلقى إشعارات بخصوص بداية الحيض.

الحل: تتطلب ميزة تتبع الدورة تسجيل حيضتين على الأقل لتوفير البيانات الكافية لتقديم توقعات بداية الحيض. تأكدي من تسجيل تاريخ الانتهاء لأي من عوامل الدورة المتعلقة بالحمل.

المشكلة: المستخدمة لا تحصل على توقعات فترة الخصوبة.

الحل: تتطلب ميزة تتبع الدورة تسجيل حيضتين على الأقل لتوفير البيانات الكافية لتقديم توقعات فترة الخصوبة. راجعي إعدادات المستخدمة. تأكدي من تسجيل تاريخ الانتهاء لأي من عوامل الدورة المتعلقة بالحمل أو منع الحمل.

المشكلة: المستخدمة لا تتلقى تقديرات تاريخ التبويض.

الحل: تتطلب ميزة تتبع الدورة بيانات كافية لدرجة حرارة المعصم أثناء الليل من ساعة Apple Watch متوافقة لتقدير تاريخ التبويض. يجب إعداد "النوم" على الساعة وارتداء Apple Watch أثناء النوم كل ليلة لتلقي تقديرات موعد التبويض بعد حدوثها.

تنبيهات

لا تستخدمِي فترات الخصوبة المتوقعة أو تقديرات التبويض كشكل من أشكال تحديد النسل.

لا تستخدمِي البيانات المتوفرة في تطبيق صحتي وتطبيق تتبع الدورة لتشخيص حالات صحية.

تطبيقات الجهات الخارجية التي تعمل مع تطبيق صحتي يمكن استخدامها مع تطبيق تتبع الدورة أيضاً.

إذا كنت تعتقد أنك تمرّ بمشكلة طبية طارئة، فاتصل بخدمة الطوارئ.

لا تتخذي أي إجراء إكلينيكي بما في ذلك إجراء تغييرات على أدويةك دون استشارة أخصائي رعاية صحية مؤهل.

هذا إشعار للمستخدم و/أو المريض بأنه في حالة وقوع أي حادث خطير يتعلق بالجهاز يجب إبلاغ الشركة المصنعة والسلطة المختصة في الدولة العضو التي يقيم فيها المستخدم و/أو المريض.

تنبيه: ينبغي لك إبلاغ الطبيب إذا اكتشفت أي تغييرات محتملة في حالتك الصحية.

الأمن: تنصح Apple بإضافة رمز دخول (رقم تعريف شخصي [PIN]) أو بصمة وجه أو بصمة إصبع إلى iPhone ورمز دخول (رقم تعريف شخصي [PIN]) إلى Apple Watch لإضافة طبقة من الأمن. من الضروري تأمين iPhone، لأنك ستخزن معلوماتك الصحية الشخصية عليه. سيتلقى المستخدمون أيضًا إشعارات تحديث iOS و watchOS إضافية على الجهاز، ويتم توصيل التحديثات لاسلكيًا، وذلك لتشجيع إجراء أحدث إصلاحات الأمن بشكل سريع. راجع "دليل أمن iOS و watchOS" الذي يصف ممارسات أمن Apple وهو متاح لجميع مستخدمينا. للحصول على دليل أمن iOS و watchOS، يرجى زيارة <https://support.apple.com/guide/security/welcome/web>.

رموز الجهاز

الشركة المصنعة	
راجع تعليمات الاستخدام	
وكيل أوروبي معتمد	
الأجهزة الطبية	

099-35727 المراجعة B، فبراير 2023