

Hướng dẫn sử dụng: Theo dõi chu kỳ

Theo dõi chu kỳ: TIẾNG VIỆT (VI)

Hướng dẫn sử dụng này chỉ áp dụng cho các vùng sau đây: Mỹ, EU/EEA, Thụy Sĩ, Vương quốc Anh và Hàn Quốc.

Theo dõi chu kỳ

Hướng dẫn sử dụng



Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014

www.apple.com



Apple Distribution International
Hollyhill Industrial Estate,
Hollyhill, Cork,
Ireland

Liên hệ: medicalcompliance@group.apple.com



THÔNG TIN QUỐC GIA CỤ THỂ CHO THỤY SĨ:

CH-REP:

QUNIQUE GmbH
Bahnhofweg 17
5610 Wohlen
Switzerland

THÔNG TIN QUỐC GIA CỤ THỂ CHO MOLDOVA:

Số đăng ký: DM000322299, DM000322300

ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

JERELO S.R.L.
MD-2024, str. Pietrăriei, nr 19A, of. 3.
mun. Chişinău, Republica Moldova
+37378538295

THÔNG TIN QUỐC GIA CỤ THỂ CHO UKRAINA:

Số đăng ký: DM000322299, DM000322300

ТОВ «ДЖЕРЕЛО-УКРАЇНА»

01033, Україна, м. Київ, вулиця Шота Руставелі 33-Б, офіс 27

e-mail: uarep@jerelo.eu

тел. +38 (044) 360 30 11



THÔNG TIN QUỐC GIA CỤ THỂ CHO HÀN QUỐC:

본 앱은 “의료기기” 임.

수입업자: 이머고코리아 (유)

06236) 서울특별시 강남구 테헤란로 152 강남파이낸스센터 26층

제조원: Apple Inc.

(본사) One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA

(공장) 20450 Stevens Creek Blvd., Cupertino, CA 95014, USA

허가번호: 보류중

명칭 (제품명, 품목명, 모델명): ‘생리 주기 추적’ (Cycle Tracking)

소프트웨어 버전: 4.X

출시연월: 2022년 12월

포장단위: 1ea

사용목적 :

본 ‘생리 주기 추적’ 소프트웨어는 여성의 생리 및 가임기간, 후향적 배란일에 대한 추정정보를 제공하여, 여성 스스로 생리 등 일상적인 건강관리에 사용됩니다. 참고로, 동 소프트웨어는 의료 또는 피임 등의 목적으로 사용될 수 없습니다.

사용 시 주의사항:

‘생리 주기 추적’은 의료 또는 피임을 목적으로 사용할 수 없습니다.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG/MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG (CÁC VÙNG MỸ & EU)

Theo dõi chu kỳ là một ứng dụng chỉ có trên phần mềm được sử dụng để theo dõi và dự đoán chu kỳ kinh nguyệt, bao gồm rụng trứng, để thông báo cho người dùng về sức khỏe kinh nguyệt của họ, cũng như hỗ trợ thụ thai (không được sử dụng để tránh thai). Theo dõi chu kỳ phân tích dữ liệu đầu vào của người dùng, bao gồm độ dài chu kỳ thông thường, độ dài kỳ kinh nguyệt thông thường, lượng kinh nguyệt và kết quả kiểm tra rụng trứng, cũng như tổng hợp nhịp tim khi yên tĩnh và nhiệt độ cổ tay.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Theo dõi chu kỳ không được chỉ định để sử dụng cho việc tránh thai.

SỬ DỤNG THEO DÕI CHU KỲ

Thiết lập/Làm quen

- Để biết thông tin về khả năng có sẵn theo vùng và thiết bị tương thích đối với Theo dõi chu kỳ, vui lòng truy cập <https://support.apple.com/en-vn/HT210407>.
- Cập nhật Apple Watch và iPhone lên hệ điều hành mới nhất.
- Trên iPhone của bạn, mở ứng dụng Sức khỏe và chạm vào tab Duyệt.
- Điều hướng đến “Theo dõi chu kỳ”.
- Chạm vào “Bắt đầu” và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.
- Bạn có thể thoát khỏi phần làm quen bất kỳ lúc nào bằng cách chạm vào “Hủy”.

- Sau khi hoàn tất quá trình làm quen, bạn có thể bắt đầu theo dõi chu kỳ của mình.

Cách theo dõi chu kỳ của bạn

- Trên iPhone của bạn, mở ứng dụng Sức khỏe và chạm vào tab Duyệt.
- Chạm vào Theo dõi chu kỳ.
- Vuốt đến đúng ngày, sau đó chạm vào hình bầu dục để ghi dữ liệu kỳ kinh nguyệt của bạn.
- Để bổ sung thêm thông tin, hãy cuộn xuống và chạm vào một danh mục, thực hiện thay đổi, sau đó chạm vào Xong. Bạn có thể theo dõi các triệu chứng, xuất huyết lốm đốm, thân nhiệt chuẩn, v.v.

Để theo dõi chu kỳ của bạn từ Apple Watch, hãy mở Theo dõi chu kỳ, vuốt đến đúng ngày, sau đó chạm vào hình bầu dục để ghi dữ liệu kỳ kinh nguyệt của bạn.

Cách kiểm tra ngày cho kỳ kinh nguyệt tiếp theo và gần nhất của bạn

- Trên iPhone của bạn, mở ứng dụng Sức khỏe và chạm vào tab Duyệt.
- Chạm vào Theo dõi chu kỳ.
- Cuộn đến Điểm nổi bật để xem thời điểm mà kỳ kinh nguyệt của bạn có thể bắt đầu. Nếu bạn không nhìn thấy ước tính, hãy chạm vào Hiển thị tất cả bên cạnh Điểm nổi bật.
- Cuộn đến Tóm tắt để xem ngày bắt đầu của kỳ kinh nguyệt gần nhất và độ dài chu kỳ thông thường của bạn.

Để kiểm tra các ngày từ Apple Watch của bạn, hãy mở Theo dõi chu kỳ, sau đó cuộn xuống đến Dự đoán kỳ kinh nguyệt hoặc Kỳ kinh nguyệt gần nhất.

Cách đặt thông báo cho theo dõi kỳ kinh nguyệt và theo dõi thụ thai

- Trên iPhone của bạn, mở ứng dụng Sức khỏe và chạm vào tab Duyệt.
- Chạm vào Theo dõi chu kỳ.
- Cuộn xuống và chạm vào Tùy chọn.
- Chọn Dự đoán kỳ kinh nguyệt và Thông báo kỳ kinh nguyệt. Những thông báo này có thể cho bạn biết thời điểm kỳ kinh nguyệt của bạn sắp bắt đầu và hỏi xem kỳ kinh nguyệt của bạn đã kết thúc chưa.
- Chọn Phát hiện sai lệch chu kỳ. Những thông báo này có thể cho bạn biết khi lịch sử chu kỳ của bạn cho thấy mô hình nằm ngoài dự kiến lâm sàng.

- Chọn Ước tính khoảng thời gian thụ thai và Thông báo thụ thai. Những thông báo này có thể cho bạn biết thời điểm khoảng thời gian thụ thai của bạn có thể bắt đầu hoặc được cập nhật dựa trên thông tin mới, cũng như cung cấp một ước tính có hiệu lực trở về trước đối với thời điểm mà bạn rụng trứng.

Các dự đoán kỳ kinh nguyệt có thể bắt đầu sau khi bạn đã nhập tối thiểu hai kỳ kinh nguyệt trong Theo dõi chu kỳ và được dựa trên dữ liệu đã ghi. Nếu bạn ghi dữ liệu kỳ kinh nguyệt trước khi được dự đoán bắt đầu, bạn sẽ không nhận được thông báo rằng kỳ kinh nguyệt của bạn sắp bắt đầu cho chu kỳ đó. Các thông báo xuất hiện trên Apple Watch và iPhone của bạn.

Cách xóa Theo dõi chu kỳ trên Apple Watch

Bạn có thể xóa Theo dõi chu kỳ ngay từ Màn hình chính của Apple Watch:

- Trên Apple Watch của bạn, đi tới Màn hình chính.
- Nếu bạn đang ở chế độ Xem lưới, hãy chạm và giữ nhẹ Theo dõi chu kỳ cho tới khi rung lắc.
- Chạm vào ứng dụng, sau đó chạm vào biểu tượng “x”.
- Nếu bạn đang ở chế độ Xem danh sách, hãy vuốt sang trái trên Theo dõi chu kỳ và chạm vào biểu tượng Thùng rác.
- Chạm vào Xóa.
- Nhấn Digital Crown để hoàn tất.

AN TOÀN VÀ HIỆU NĂNG

Hiệu năng của Theo dõi chu kỳ đã được kiểm nghiệm trong các phân tích được chỉ định trước được hỗ trợ về mặt thống kê để dự đoán kỳ kinh nguyệt sắp tới bắt đầu ($n = 1.238$ chu kỳ từ 260 người dùng) và ước tính ngày rụng trứng ($n = 934$ chu kỳ từ 226 người dùng). Các kết quả của phân tích cho thấy rằng tính năng Theo dõi chu kỳ đáp ứng các điểm cuối lâm sàng được chỉ định trước. Các dự đoán bắt đầu kỳ kinh nguyệt nằm trong giới hạn của biên độ tương đương là ± 3 ngày kể từ ngày bắt đầu kỳ kinh nguyệt thực tế. Ngoài ra, các ước tính ngày rụng trứng nằm trong giới hạn của biên độ tương đương là ± 2 ngày kể từ ngày rụng trứng được xác định thông qua việc kiểm tra rụng trứng bằng nội tiết tố hoàng thể hóa (LH).

KHẮC PHỤC SỰ CỐ

Nếu bạn gặp phải khó khăn trong việc sử dụng Theo dõi chu kỳ, hãy tham khảo hướng dẫn khắc phục sự cố ở bên dưới. Quyền truy cập vào các chức năng nhất định bên trong ứng dụng này dựa trên tính khả dụng theo vùng và tính tương thích của phần cứng.

Vấn đề: Người dùng không nhận được dự đoán cho ngày bắt đầu kỳ kinh nguyệt.

Giải pháp: Tính năng theo dõi chu kỳ yêu cầu ghi dữ liệu tối thiểu hai kỳ kinh nguyệt để cung cấp đủ dữ liệu cho các dự đoán ngày bắt đầu kỳ kinh nguyệt. Đảm bảo rằng nhân tố chu kỳ Có thai đã được ghi ngày kết thúc.

Vấn đề: Người dùng không nhận được dự đoán khoảng thời gian thụ thai.

Giải pháp: Tính năng theo dõi chu kỳ yêu cầu ghi dữ liệu tối thiểu hai kỳ kinh nguyệt để cung cấp đủ dữ liệu cho các dự đoán khoảng thời gian thụ thai. Xem lại cài đặt của người dùng. Đảm bảo rằng nhân tố chu kỳ Có thai hoặc Tránh thai đã được ghi ngày kết thúc.

Vấn đề: Người dùng không nhận được các ước tính ngày rụng trứng.

Giải pháp: Tính năng theo dõi chu kỳ yêu cầu đủ dữ liệu nhiệt độ cổ tay qua đêm từ Apple Watch tương thích để ước tính ngày rụng trứng. Thiết lập Ngủ trên Watch và đeo Apple Watch của bạn đi ngủ mỗi đêm để nhận được các ước tính ngày rụng trứng sau khi xảy ra sự kiện đó.

THẬN TRỌNG

KHÔNG sử dụng khoảng thời gian thụ thai được dự đoán hoặc các ước tính rụng trứng như một biện pháp kiểm soát sinh sản.

KHÔNG sử dụng dữ liệu từ ứng dụng Sức khỏe và Theo dõi chu kỳ để chẩn đoán các tình trạng sức khỏe.

Các ứng dụng của bên thứ ba hoạt động với ứng dụng Sức khỏe cũng có thể được sử dụng với Theo dõi chu kỳ.

Nếu bạn cho rằng mình đang gặp phải một tình trạng y tế khẩn cấp, hãy gọi dịch vụ khẩn cấp.

KHÔNG tiến hành hoạt động lâm sàng, bao gồm thay đổi thuốc của bạn mà không có sự tham vấn với chuyên gia chăm sóc sức khỏe đủ điều kiện.

Đây là thông báo dành cho người dùng và/hoặc bệnh nhân rằng bất kỳ sự cố nghiêm trọng nào đã xảy ra liên quan đến thiết bị đều phải được báo cáo cho nhà sản xuất và cơ quan có thẩm quyền tại Tiểu bang thành viên của người dùng và/hoặc bệnh nhân.

THẬN TRỌNG: Bạn nên thông báo cho bác sĩ nếu phát hiện thấy bất kỳ thay đổi nào có thể xảy ra đối với sức khỏe của bạn.

BẢO MẬT: Apple khuyên bạn nên thêm mật mã (số nhận dạng cá nhân [PIN]), Face ID hoặc Touch ID (dấu vân tay) cho iPhone và mật mã (số nhận dạng cá nhân [PIN]) cho Apple Watch để bổ sung một lớp bảo mật. Việc bảo mật iPhone có vai trò quan trọng vì bạn sẽ lưu trữ thông tin sức khỏe cá nhân. Người dùng cũng sẽ nhận được các thông báo cập nhật iOS và watchOS bổ sung trên thiết bị, đồng thời các bản cập nhật được phân phối qua mạng không dây, khuyến khích việc tiếp nhận các bản sửa lỗi bảo mật mới nhất. Xem “Hướng dẫn bảo mật iOS và watchOS”, mô tả các thực tiễn bảo mật của Apple và có sẵn cho tất cả người dùng của chúng tôi. Để xem Hướng dẫn bảo mật iOS và watchOS, vui lòng truy cập <https://support.apple.com/guide/security/welcome/web>.

BIỂU TƯỢNG THIẾT BỊ



Nhà sản xuất



Tham khảo hướng dẫn sử dụng

EC	REP
----	-----

Đại diện được ủy quyền ở Châu Âu

MD

Thiết bị y tế

099-35727 Bản sửa đổi B, 02/2023
