

使用说明

简体中文 (zh-cn)

“心电图” App

使用说明



Apple Inc.

One Apple Park Way

Cupertino, CA 95014

www.apple.com



Apple Distribution International

Hollyhill Industrial Estate,

Hollyhill, Cork,

Ireland

联系方式: medicalcompliance@group.apple.com



乌克兰国家特定信息:

ТОВ «ДЖЕРЕЛО-УКРАЇНА»

01033, Україна, м.Київ, вулиця Шота Руставелі 33-Б, офіс 27

电子邮箱: uarep@jerelo.eu

тел.+38 (044) 360 30 11



UA.TR.120

瑞士国家特定信息:

CH-REP:

QUNIQUE GmbH

Bahnhofweg 17

5610 Wohlen

Switzerland

澳大利亚国家特定信息:

主办方详细信息:

Apple Pty Ltd
Level 3, 20 Martin Place
Sydney, NSW, 2000
Australia
<https://www.apple.com/au/>

电话: 1-300-321-456

巴西国家特定信息:

ANVISA N^o: 80117580880

RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUIZ LEVY CRUZ MARTINS — CRF-SP: 42415

IMPORTADOR:

Emergo Brazil Import Importação e Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda.

Avenida Francisco Matarazzo, 1.752, Salas 502/503, Água Branca, São Paulo-SP, CEP — 05001-200

CNPJ: 04.967.408/0001-98

电子邮箱: brazilvigilance@ul.com

哥伦比亚国家特定信息:

PRODUCTO: Software de Electrografía y aplicación de ECG para software de análisis de fotopletiografía

IMPORTADOR:

IMPOMED S.A.S

Calle 1 SUR NO.77A-21

Interior 201 Medellin Colombia

REGISTRO SANITARIO NO.: INVIMA 2020DM-0021828

以色列国家特定信息:

AMAR 注册持有方:

Medogar Medical Equipment Ltd.

Hasadna St. 8 P.O.B 2586 Ra'annana 4365104 ISRAEL

办公电话: +972-9-7401457 传真: +972-9-7401459

מדוגר מכשור רפואי בע"מ

הסדנא 8 ת.ד. 2566 רעננה 4365104

טל: 09-7401457

פקס: 09-7401459

מידוגר للأجهزة الطبية المحدودة

شارع هاسادنا 8، ص.ب. 2566

رعنانا 4365104

www.medogar.co.il info@medogar.co.il

AMAR 证书编号: 21080016

土耳其国家特定信息:

Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi

Büyükdere Caddesi

Levent 199 Kat:22-23

34394 Şişli

İstanbul

Türkiye

“心电图” App 产品跟踪编号: 8682450178021

秘鲁国家特定信息:

Registro Sanitario N0 :DB5982E

IMPORTADOR:

Drogería Emergo Peru S.R.L.

Calle Las Orquídeas Nro.585, Int. 1301,

San Isidro, Lima, Perú

RUC: 205 52 75 65 34

马来西亚国家特定信息:

授权代表:

Nyprax Business Solutions

37 Jalan Terasak Lima, Bangsar Baru,

59100 Bangsar, Kuala Lumpur

设备许可证:

Apple “心电图” App

GB7992021-54025

印度国家特定信息:

自愿注册编号: Apple-USA/I/MD/002975

进口商:

Asia Actual India (OPC) Pvt. Ltd.

523A, Tower A, Spaze I-Tech Park, Sector 49,

Gurgaon, Haryana, India

韩国国家特定信息:

본 앱은 “의료기기” 임.

수입업자: 이머고코리아 (유)

06236) 서울특별시 강남구 테헤란로 152 강남파이낸스센터 26층

제조원: Apple Inc.

(본사) One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA

(공장) 20450 Stevens Creek Blvd., Cupertino, CA 95014, USA

허가번호: 수허 20-177 호

명칭 (제품명, 품목명, 모델명): 심전도 앱, 심전계, ECG App

소프트웨어 버전: 2.X

출시연월: 2022년 01월

포장단위: 1ea

사용목적 :

모바일플랫폼(Apple Watch)에 장착된 심전도(ECG)센서를 이용하여 측정된 단일유도(Lead I) 유사심전도 신호로부터 심방세동 또는 정상박동 존재 여부를 판정함으로써, 심전도 신호를 생성, 기록, 저장, 전송 및 표시하는 의료용 어플리케이션.

印度尼西亚国家特定信息:

产品许可证编号: KEMENKES RI AKL 20502121822

注册方：
PT.ASIA ACTUAL INDONESIA, DKI Jakarta
Gandaria 8 Office Tower, Unit 6J.Jl.Sultan Iskandar Muda
Jakarta Selatan 12240 — Indonesia
+62 (021) 2930–3747

摩尔多瓦国家特定信息：
注册编号：DM000322299, DM000322300
授权代表：
JERELO S.R.L.
MD–2024, str.Pietrăriei, nr 19A, of.3.
mun.Chişinău, Republica Moldova
+37378538295

使用说明

“心电图”App 是一款纯软件移动端医疗应用程序，旨在结合 Apple Watch 使用以创建、记录、储存、传输和显示与导联 I 心电图类似的单通道心电图 (ECG)。“心电图”App 基于可分类波形图诊断房颤 (AFib)、窦性心律和高心率（未检测到房颤且心率为 100–150 次/分）。“心电图”App 不适用于患有其他已知心律不齐症状的用户。

“心电图”App 仅供非处方 (OTC) 之用。“心电图”App 所显示的心电图数据仅供参考之用。在未咨询合格的医护专业人员之前，用户不应基于设备的输出结果自行解读或采取临床措施。心电图波形旨在提供心律分类辅助，从而区分房颤与窦性心律，它并不能代替传统的诊疗方法。

“心电图”App 不适用于未年满 22 岁的用户。

预期目的（欧盟地区）

“心电图”App 是一款纯软件移动端医疗应用程序，旨在结合 Apple Watch 使用以创建、记录、储存、传输和显示与导联 I 心电图类似的单通道心电图 (ECG)。“心电图”App 基于可分类波形图诊断房颤 (AFib)、窦性心律和高心率（未检测到房颤且心率为 100–150 次/分）。“心电图”App 不适用于患有其他已知心律不齐症状的用户。

“心电图”App 仅供非处方 (OTC) 之用。“心电图”App 所显示的心电图数据仅供参考之用。在未咨询合格的医护专业人员之前，用户不应基于设备的输出结果自行解读或采取临床措施。心电图波形旨在提供心律分类辅助，从而区分房颤与窦性心律，它并不能代替传统的诊疗方法。

“心电图”App 不适用于未年满 22 岁的用户。

目标人群和目标用户

“心电图”App 旨在供 22 岁及以上的用户使用。使用该 App 无需特定的临床条件。有兴趣进一步了解自身心血管健康的用户可以在成功完成引导过程后选择启用该功能。

预期用途（非欧盟地区与韩国）

“心电图”App 旨在允许用户记录单导联心电图，然后基于可分类波形将其归类为窦性心律或房颤 (AFib)。无论是否已确知患有房颤，用户均可使用心电图和心律分类，并可以数据形式与具备资质的医疗专职人员共享。“心电图”App 旨在供 22 岁及以上的非专业人士使用。

俄罗斯国家特定信息

据 ROSZDRAVNADZOR（俄罗斯卫生管理机构），“心电图”App 不被视为医疗设备。

“心电图”App 是一款纯软件移动端应用程序，旨在结合 Apple Watch 使用以创建、记录、储存、传输和显示与单导联 I 心电图类似的单通道心电图 (ECG)。“心电图”App 基于可分类波形图诊断房颤 (AFib)、窦性心律和高心率（未检测到房颤且心率为 100–150 次/分）。“心电图”App 不适用于患有其他已知心律不齐症状的用户。

“心电图”App 仅供非处方 (OTC) 之用。“心电图”App 所显示的心电图数据仅供参考之用。在未咨询合格的医护专业人员之前，用户不应基于设备的输出结果自行解读或采取临床措施。若要获得正确的医护建议，请咨询合格的医护专业人员。心电图波形旨在提供心律分类辅助，从而区分房颤与窦性心律，它并不能代替传统的诊疗方法。

“心电图”App 不适用于未年满 22 岁的用户。

使用“心电图”App

App 设置/引导

- “心电图”App 兼容 Apple Watch Series 4 或后续机型（Apple Watch SE 除外）。有关地区可用性和更多设备兼容性的信息，请访问 <https://support.apple.com/HT208955>
- 将 Apple Watch 和 iPhone 更新至最新操作系统。
- 打开 iPhone 上的“健康”App 并选择“浏览”。
- 前往“心脏”，然后选择“心电图 (ECG)”。
- 按照屏幕指示操作。
- 您随时可以轻点“取消”来退出引导过程。

记录心电图

- 确保 Apple Watch 紧贴手腕，手腕应与您在“设置”>“通用”>“手表方向”中所选的手腕相同。
- 在 Apple Watch 上打开“心电图”App。
- 将手臂平放在桌上或大腿上，然后将手指放在数码表冠上。记录期间无需按下表冠。

- 记录过程需要 30 秒钟。

心电图分析

- 读取成功后，您将在“心电图”App 中得到以下一种分类结果：
 - 窦性心律：窦性心律结果意味着心脏以 50–99 次/分的规律模式跳动。
 - 高心率 – 未检测到房颤：高心率结果意味着心脏以 100–150 次/分跳动，并且未出现房颤迹象。
 - 房颤：房颤结果意味着心脏以 50–99 次/分的不规律模式跳动。
 - 房颤 – 高心率：房颤高心率结果意味着心脏以 100–150 次/分的不规律模式跳动。
 - 记录结果不佳：记录结果不佳意味着波形中有太多的人为因素或噪音，导致记录无法分类。有多种原因可能导致此状况，例如在记录期间移动过度或者 Apple Watch 佩戴太松。某些生理状况可能会造成一小部分用户产生的信号不足以生成良好的记录。
 - 高低心率：心率低于 50 次/分或高于 150 次/分时，“心电图”App 无法检查记录。
- 心电图记录完成后，会对心电图数据进行分析以确定是否至少记录了 25 秒钟；如果是，确定是否存在窦性心律、高心率（未检测到房颤）或房颤，或者结果为“不确定”。
- “心电图”App 上的心电图记录结果显示了详细的结果。同时 iPhone 上的“健康”App 中也会显示详细的解释。
- 心电图结果为“房颤”可能仅表示有潜在的风险。如果出现任何症状或存在疑问，请咨询您的医师。如果认为自己的身体出现紧急状况，请联系紧急服务。
- 心电图结果为“不确定”可能意味着有太多的人为因素或噪音而不能获取良好的信号，或者您可能患有该 App 无法分类的房颤之外的心律失常。某些生理状况可能会造成一小部分人产生的信号不足以生成良好的记录。在引导期间，您可以进一步了解“不确定”心电图结果的相关信息：在 iPhone 上的“健康”App 中访问“心电图”区域的指导信息，或者轻点“心电图”App 上的“i”图标。
- 如果因为记录不佳而收到“不确定”的结果，不妨尝试重新记录您的心电图。某些生理状况可能会造成一小部分人产生的信号不足以生成良好的记录。您可以在引导期间查看如何做心电图，也可以在 iPhone 上“健康”App 的“心电图”区域中轻点“如何做心电图”进行查看。
- 心率过低可能是因为服用了某些药物或者心脏的电信号未能正确传导。专业运动员的训练也可能导致心率过低。
- 心率过高可能是因为锻炼、压力、紧张、酒精脱水、感染、房颤或其他心律不齐造成。
- 所有心电图均会同步到 iPhone 上的“健康”App 中。您可以使用“健康”App 与临床医生分享您的心电图。

在 Apple Watch 上删除和恢复“心电图”App

- 在 Apple Watch 上删除“心电图” App
 - 在 Apple Watch 上前往主屏幕
 - 如果使用网格视图，请轻轻按住该 App 直至其抖动
 - 轻点该 App，然后轻点“x”图标
 - 如果使用列表视图，请向左轻扫该 App 并轻点“废纸篓”图标
 - 轻点“删除”
 - 按下数码表冠来完成删除
 - 在 Apple Watch 上恢复“心电图” App
 - 在 Apple Watch 上前往 App Store
 - 搜索“心电图” App
 - 轻点  来恢复该 App
-

安全性和性能

在由大约 546 名测试对象组成的广泛临床试验中，“心电图” App 能够准确地将心电图记录分类为房颤和窦性心律。我们对比了心脏病专家通过 12 导联心电图进行心律分类的结果以及“心电图” 2.0 App 通过同步收集的心电图进行心律分类的结果。结果显示：在可分类的记录中，“心电图” App 分类房颤（心率 50–150 次/分）的灵敏度为 98.5%，分类窦性心律（心率 50–150 次/分）的特异度为 99.3%。

在此次临床试验中还测试了波形图的形态：通过视觉分析法，对比参考波形图分析了 PQRST 波和 R 波振幅。“心电图” 2.0 App 提供了视觉可接受的 PQRST 波形图，相较于参考波形图其通过率为 100%。另外，相较于参考波形图，R 波振幅评估的总通过率为 97.2%。

故障排除

如果在使用“心电图” App 的过程中遇到了困难，请参阅下述故障排除指南。

问题：“心电图” App 无法获取读数。

解决方法：

- 确保您在 iPhone 上的“健康” App 中完成了所有的引导步骤。
- 确保佩戴手腕和 Apple Watch 干净、干燥。水和汗可能导致记录效果不理想。
- 确保在记录期间，Apple Watch、手臂和双手保持静止。

问题：记录过程中存在很多人为因素、噪音或干扰。

解决方法：

- 记录过程中将手臂平放在桌上或大腿上。尽量放松且不要频繁移动。
- 确保 Apple Watch 在手腕上不会松动。表带应当贴合，且 Apple Watch 背面需要接触手腕。
- 远离任何已插入插座的电子设备以避免电子干扰。

问题：心电图波形看起来上下颠倒。

解决方法：

- 手表方向可能设为了错误的手腕。前往 iPhone 上的 Watch App。轻点“我的手表”>“通用”>“手表方向”。

在“心电图”App 记录期间，所有记录的数据均会存储到 iPhone 上的“健康”App 中。您也可以选择通过创建 PDF 来分享该信息。

Apple Watch 储存空间已满时，不会记录新的心电图数据。如果因为储存空间问题而无法记录，您应当删除不需要的 App、音乐或播客来释放储存空间。您可以通过导航至 iPhone 上的 Apple Watch App，然后依次轻点“我的手表”、“通用”、“储存空间”，来检查储存空间用量。

警告：

“心电图”App 无法检测心脏病发作的迹象。如果认为自己的身体出现紧急状况，请联系紧急服务。

Apple Watch 在靠近强电磁场（例如，电磁防盗系统、金属探测器）时，切勿进行记录。

切勿在医疗过程中进行记录（例如，磁共振成像、透热疗法、碎石术、烧灼治疗和体外除颤）。

当 Apple Watch 超出 Apple Watch 使用手册中所规定的工作温度范围 (0 °C – 35 °C) 且处于相对湿度为 20% 到 95% 的湿度范围之外时，切勿进行记录。

切勿用于诊断心脏相关的疾病。

切勿和心脏起搏器、ICD 或其他植入的电子设备一同使用。

切勿在体育锻炼期间进行记录。

在未和医生事先沟通的情况下，切勿改变用药。

22 岁以下的用户不建议使用。

如果出现静息心率低于 50 或高于 150 的不正常结果，您应当咨询医生。

此 App 所得出的结果仅表示有潜在的风险，不是对心脏状况的完整诊断。在未咨询合格的医护专业人员之前，用户不应基于本 App 的输出结果自行解读或采取临床措施。

“心电图”App 生成的波形旨在提供心律分类辅助，从而区分房颤与正常窦性心律和心动过速（高心率），它并不能代替传统的诊疗方法。

用户和/或患者请注意，如发生任何与该设备相关的严重意外，都应当向生产企业以及创建用户和/或患者时在成员国家/地区的主管部门报告。

警告：如果“心电图”App 将心电图标为“窦性心律”或“心动过速”（高心率），Apple 不保证您不存在心律不齐或其他健康方面的问题。如果健康状况出现任何变化，您应当通知您的医师。

安全性：为提高安全性，Apple 建议您为 iPhone 设定密码（个人识别号码 [PIN]）、面容 ID 或触控 ID（指纹），以及为 Apple Watch 设定密码（个人识别号码 [PIN]）。确保 iPhone 的安全十分重要，因为您将在其中储存个人健康信息。用户的设备上还会收到额外的 iOS 和 watchOS 更新通知，更新通过无线方式推送，以促进最新安全性修复的快速应用。请参阅“iOS 和 watchOS 安全性指南”，其中描述了 Apple 的安全性实践，向所有用户提供。若要查看 iOS 和 watchOS 安全性指南，请访问 <https://support.apple.com/zh-cn/guide/security/welcome/web>。

设备符号



生产企业



请参阅使用说明



欧洲授权代表



医疗设备

099-23781 修订版 N，2022 年 3 月
